

Anwendungshinweise für Selbsttests der Firma Roche

Die Selbsttests der Firma Roche sind ursprünglich als Schnelltests für die Anwendung durch geschultes Personal konzipiert worden. Durch eine Sonderzulassung wurde ermöglicht diese Tests auch als Selbsttests anbieten zu können. Bei Minderjährigen darf der Test nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

Vom Testhergang können diese Tests ganz einfach in einen Selbsttest umgewandelt werden. Hierfür ist darauf zu achten, dass bei der Selbsttestung statt des in der Packung befindlichen langen Nasenabstrichstäbchens das extra mitgelieferte kurze Abstrichstäbchen verwendet wird. Dieses wird nur in den vorderen Nasenbereich eingeführt und nicht in den hinteren Nasenbereich, wie es bei einem Schnelltest durch geschultes Personal mit dem langen Abstrichstab erfolgt. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass **das kurze Stäbchen** verwendet wird, da mit dem langen Stäbchen evtl. nicht genug Druck an der inneren Nasenwand aufgebaut werden kann, wenn dieses **nur im vorderen Nasenbereich angewendet** werden würde.

Wie die Anwendung des Selbsttests erfolgen soll, ist der Gebrauchsanleitung zu entnehmen, die dem Paket zusätzlich beiliegt. Der Beipackzettel, der in der Roche Verpackung enthalten ist, ist zu verwerfen, da dieser die Anwendungshinweise für einen Schnelltest enthält.

Anleitungsvideos zur Durchführung des Tests sind auf der Homepage der Firma Roche zur Verfügung gestellt (sowohl für Volljährige als auch minderjährige Anwender):

<https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung>

Pro Karton, welcher an die Schulen geliefert wird, sind 250 Tests vorhanden. In einem Karton sind jeweils 10 kleine Pakete à 25 Tests enthalten sowie 10 Pakete à 25 neue Abstrichstäbchen, sowie 10 neue Gebrauchsanweisungen für die Anwendung der Roche Tests als Selbsttest. Die Tests sind demnach nicht einzeln verpackt. Die Komponenten sind dennoch einzeln verpackt und können dem Schüler gemeinsam ausgegeben werden. Vor Ausgabe an die Schüler sollte seitens der Schule vorab das lange Abstrichstäbchen und die alte Gebrauchsanweisung aus den Testverpackungen entnommen und durch die neue Gebrauchsanleitung und das kurze Abstrichstäbchen ersetzt werden, damit nicht versehentlich von den Schülern zu Hause mit dem falschen Abstrichstab hantiert wird. Die Gebrauchsanleitung wird nur einmal pro 25er Paket mitgeliefert. Es sind dementsprechend pro Karton vor Ausgabe jeweils 240 weitere Kopien der neuen Gebrauchsanleitung zu fertigen, um jedem Schüler eine korrekte Gebrauchsanleitung in Papierform mitgeben zu können oder die Gebrauchsanleitung ist den Schülern digital zur Verfügung zu stellen.

Es ist darauf zu achten, wie die Spenderkappen für das Teströhrchen mitgeliefert werden. In dem Anleitungsvideo von Roche sind die Spenderkappen in einem Plastikbehältnis pro Paket enthalten. Dementsprechend müssten diese 25 Spenderkappen pro Paket ebenfalls einzeln werden. Da diese jedoch nicht verschlossen verpackt sind, sollte die Umverpackung unbedingt mit gründlich gewaschenen Händen oder mit Einweghandschuhen erfolgen, um eine mögliche Verunreinigung der Kappen zu vermeiden. Am einfachsten wäre es für jeden auszugebenden Test die einzelnen Komponenten z.B. in einen sauberen (Gefrier-) Beutel umzuverpacken, sodass alle Testkomponenten sauber und vollständig dem einzelnen Schüler mitgegeben werden können.